

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 學年度實(試)驗室、實習工場 月
安全衛生自動檢查表
系(科) 實(試)驗室:

- 1.請各單位在檢查結果欄位打勾。若註明"勞檢重點項目"或"環保署列管"者，請確實執行檢查。
- 2.該記錄請影印留存，正本送保管暨安全衛生組備查。
- 3.若有不明或未盡周詳之處，請電話 565 保管暨安全衛生組。

檢 查 項 目	檢 查 內 容		檢 查 結 果			備 註
			是	否	不適用	
試 藥 管 理	1	是否製作試劑或藥品清單				勞檢重點項目
	2	法規列管毒性化學物質是否專人專櫃保管				環 保 署 列 管
	3	不相容的化學品是否分開存放				
	4	物質安全資料表是否置於工作場所				勞檢重點項目
	5	藥品名稱是否標示清楚				勞檢重點項目
	6	藥品櫃內是否清潔、有無藥品洩漏情形				
	7	危害性化學物是否儲存於特定區內並標示				環 保 署 列 管
	8	其他				
高 壓 氣 體 鋼 瓶 管 理	1	鋼瓶之固定措施是否牢固 是否直立儲放				勞檢重點項目
	2	鋼瓶豎放處是否避開易燃物或熱源及高溫附近				勞檢重點項目
	3	各種鋼瓶成份是否標示清楚				勞檢重點項目
	4	未使用或空瓶是否裝上瓶頭護罩並標示清楚				勞檢重點項目
	5	鋼瓶置放處是否有禁止煙火之標示				勞檢重點項目
	6	是否對閥門、接頭或管線等進行測漏試驗				
	7	其他				
緊 急 淋 浴 設 備	1	有無緊急淋浴裝置				
	2	是否定期測試緊急淋浴裝置之功能				
	3	有無緊急洗眼裝置				勞檢重點項目
	4	是否定期測試緊急洗眼裝置之功能				
	5	是否有明顯的標示				
	6	其他				
污 染 防 治 設 施	1	貯存廢棄物之容器是否標示清楚				勞檢重點項目
	2	廢棄物是否分類貯存				
	3	是否以適當容器收集儲存實驗廢液待處置				
	4	是否做資源回收				
	5	有無專人負責毒性物質及固廢之管理				
	6	經常性廢液產生貯留量統計表				
	7	其他				
排 氣 櫃	1	危害性作業是否確實在排氣櫃中進行				
	2	排氣櫃是否能正常運作				勞檢重點項目
	3	排氣櫃內是否清潔，堆置非實驗用器皿				
	4	是否有廠商定期維修或功能測試紀錄				
	5	是否運作正常，沒有噪音				
	6	其他				
防 護 與 急 救 設 施	1	有無設置按實驗性質所需之個人防護具器(手套、口罩、眼罩、防護衣等)				
	2	機械危險部位是否有防護措施(加護圍、緊急制動裝置等)				勞檢重點項目
	3	必要時實驗人員是否確實且正確地配戴護具				
	4	有無急救箱				勞檢重點項目
	5	其他				
日期		檢查老師		單位主管		

檢 查 項 目	檢 查 內 容		檢 查 結 果			備 註
			是	否	不適用	
用 電 安 全	1	插座是否按規定使用不過載				
	2	是否有自動斷電設施				勞檢重點項目
	3	配電箱內是否標示控制之設備名稱、電壓、容量				
	4	電線橫過走道是否有適當保護措施				
	5	電線之絕緣包覆是否完整無裸露				勞檢重點項目
	6	150V 以上移動式電機是否有漏電斷路器				
	7	插座電壓是否標示清楚(220V 或 110V)				
危 險 性 機 械 起 重 機 堆 高 機	1	該項設備是否已完成檢查合格				勞檢重點項目
	2	操作人員是否已受訓				勞檢重點項目
	3	機械是否定期請代檢單檢查				勞檢重點項目
	4	該設備是否實施自動檢查並建立資料				
	5	其他				
危 險 性 設 備 鍋 爐 氣 體 裝 置	1	機械設備是否經檢查合格				勞檢重點項目
	2	操作人員是否已受訓				勞檢重點項目
	3	機械設備是否定期請代檢單位檢查				勞檢重點項目
	4	外觀是否完好有變形損傷				
	5	燃燒(加熱裝置是否正常				
	6	自動控制裝置是否正常				
	7	附屬裝置及附屬品性能是否正常				
	8	是否標示最高使用壓力				勞檢重點項目
	9	其他				
周 圍 環 境 措 施	1	實驗室內是否禁止飲食或抽煙之情形				
	2	緊急照明系統是否良好				
	3	是否保持整潔、無積水情形、照明良好				
	4	室內主要走道通道是否大於1公尺				勞檢重點項目
	5	人員是否熟悉緊急疏散路線;有無標示				
	6	是否懸掛平面配置及逃生平面圖				勞檢重點項目
	7	是否張貼緊急事故連絡表及安全標示於門首				勞檢重點項目
消 防 滅 火 措 施	1	安全門是否暢通				
	2	是否備有效期限內之滅火器				
	3	滅火器放置處是否有明顯標示				
	4	滅火器是否有定期檢查紀錄				
	5	滅火器壓力是否正常				
	6	有火災爆炸之虞場所是否禁止用火並明顯標示				勞檢重點項目
	7	有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測				
	8	人員是否熟悉滅火器操作步驟				
	9	其他				
安 衛 守 則	1	是否懸掛實驗室安全衛生管理規則				勞檢重點項目
	2	是否備置安全衛生工作守則				勞檢重點項目
	3	是否實施學生安全衛生教育宣導				勞檢重點項目
其 他	1	乙炔熔接裝置是否定期檢查				勞檢重點項目
	2	氣體洩漏時是否有通風排氣設備				勞檢重點項目
	3	空氣壓縮機是否有定期檢查				
	4					
建 議 事 項						
日 期		檢 查 老 師		單 位 主 管		